OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019

Fecha Remisión | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento: JONIER AYUDELO | No. Orden

Codigo Equipo: 20200800001418 | Fecha Inicio: 1-10-24 | Hora Inicio Labor: 9:30 | Fecha Fin: 10-30-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

F. ACOPLE ROSCA A TUBO HUMIFICADOR 7

LIMPIEZA GENERAL

Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REBELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MÁXIMA	RUEDAS
	110926.5		80	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

1. CIUDADO: OK | Tiempo de la prueba: 1:00 | Genera Alarma: No X | Si | Cual?

2. ESTADO DE PRUEBAS: X | 3. ESTADO DE REPUESTOS: OK

PUREZA % 80

TAMIZES SOLTADO SELULITA

CONEXIONES: OK | TEMPERATURA: OK | OK

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
	Prueba de Fugas	Se verifica [illegible]	SI
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
	Prueba de alarma	Se verifica sonido de alarma o fuerte	SI

Descripción diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO de AIRE INTERNO	7		TAMIZES MINY	2

No.	Prueba Simulación	Descripción	Resultado
	Flujómetro	Se verifica activación de la alarma (LO-ES)	SI
	Flujo máximo	Se verifica activación de la alarma (LO-LO-ES)	SI
	Desconexión eléctrica	Activación [illegible]	SI
	Desconexión tarjeta de flujo	[illegible]	SI
	Activación de válvula de alivio	Obstruc[illegible]	SI

Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REBELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MÁXIMA (SI-NO)	RUEDAS (SI-NO)
	11093	6.4	95	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

OBSERVACIONES:
SAL - 10-30-24
S# FB170908141 95%
S# F3170908141

FIRMA MANTENIMIENTO