



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-009  
Version: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: **JONIER A OJUELO** No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO  
Codigo Equipo: **NW-237313** Fecha Inicio: **20-09-24** Hora Inicio Labor: **1100** Fecha Fin: **20-09-24**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI  NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Tabla con 4 columnas: FALLAS, DAÑOS, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPUESTO CAMBIADO (SI/NO).

DETALLE ADICIONALES DADOS POR PACIENTE: **LIMPIEZA GENERAL**

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES.

Tabla de pruebas: 1. CICLADO (OK), 2. RUIDO EXTRAÑO (No), 3. ESTADO DE MANGUERAS (Buenas), 4. SISTEMA DE REFRIGERACION (Bueno), 5. DAÑOS IDENTIFICADOS (AJUSTE REGULADOR de PRECISION), 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES (OK), 7. CONTROL DE TEMPERATURA (Buena), Con Sobrecalentamiento (OK).

Descripción del diagnóstico identificado:

Tabla de partes: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT.

Tabla de pruebas de simulación: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, FIRMA MANTENIMIENTO.