



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión, Remisión #, Auxiliar Mantenimiento: JONIER ASUJECIO, No. Orden

Codigo Equipo: NN-1495B, Fecha Inicio: 20-09-24, Hora Inicio Labor: 7:13, Fecha Fin: 20-09-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI, NO X, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: PALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, REPORTE, REPARO/CAMBIO. Rows include: F ACOPLE ROSCA ATUBO HUMIFICADOR 7, DI FILTRO CENTRAL 7, DT FILTRO LATERAL 7.

Limpieza General

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes checkmarks for OK and X.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: 1 Estado Pila 5.5 V (SI), 2 Prueba de Fugas (SI), 3 Conexión eléctrica (SI), 4 Conexión electrónica (SI), 5 Prueba de alarma (SI).

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Rows include: Regulador de presión 7, TAPAZES 2.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: Flujo = 0 (Cierre flujómetro), Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula de aire.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten values and 'FIRMA MANTENIMIENTO'.