



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAO-MAN-FR-09
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/02/2019
Página: 1 de 2

Fecha Remisión: Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: **Jenica AVALDEO** No. Orden:

Código Equipo: **NW-1331 B** Fecha Inicio: **30-09-24** Hora Inicio Labor: **10:30** Fecha Fin: **30-09-24**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns: PALCA, CARGO, CLASIFICACION, DESCRIPCION, CANTIDAD, REPORTE. Rows for equipment status checks.

LIMPIEZA GENERAL

Mantenimiento: HCLOMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten data for 5012 and 5013.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists various tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', etc.

Este procedimiento fue desarrollado y validado el día: 08/05/2019

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Inventory or parts list.

Prueba - Simulación. Flujo = 0 (Cierra flujómetro), Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, etc.

Mantenimiento: HCLOMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten data for 5013.